

Dukla dnia 11 września 2024 roku

### Odpowiedź nr 1

1. Czy Zamawiając dopuści wysokiej klasy defibrylator, którego energia impulsu dla dorosłych wynosi od 200 J do 360J?

**Odpowiedź : Tak – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

2. Czy Zamawiając dopuści wysokiej klasy defibrylator, którego energia impulsu trybu pediatrycznego wynosi stałe 50J?

**Odpowiedź : Tak – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, bez oceny RKO w pięciu komunikatach głosowych, lecz posiadający funkcje doradcy RKO wraz z sposobem wykonywania ucisków klatki piersiowej i wydychania powietrza?

**Odpowiedź : Nie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, w którym czas uzyskania przez defibrylator pełnej gotowości do wykonania wstrząsu przy mocy 200J wynosi <15 sekund, przy mocy wstrząsu 360J wynosi <21 sekund?

**Odpowiedź : Nie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, który ma możliwość transferu danych poprzez kartę pamięci?

**Odpowiedź : Tak – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, którego waga urządzenia wynosi 1.95 kg?

**Odpowiedź : Nie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, który posiada klasę odporności IP-54?

**Odpowiedź : Nie - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

Z up. BURMISTRZA  
Bohdan Gocz  
Zastępca Burmistrza